第3号様式

放射性物質検査結果書

北線メ別（ベク）第11-101325-1号
平成24年2月28日

株式会社べつかい乳業興社　御中

有限会社メディアクラフト
放射線道東分析センター
北海道野付郡別海町別海旭町264番地

平成24年2月27日 付で依頼のありました測定結果は次の通りです。

依頼者住所 会社名/氏名	北海道野付郡別海町別海132番地の2 株式会社べつかい乳業興社　様
検体名	べっかいの牛乳屋さん
採取日	2012年03月02日（賞味期限）
採取地	別海町 T3301AP00609
測定日時	平成24年02月27日21時12分
測定器	EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaI（Tl）シンチレーション式）
前処理方法	緊急時における食品の放射能測定マニュアル　に基づき実施 （平成14年3月　厚生労働省医薬局食品保健部監視安全課）
測定方法	NaI（Tl）シンチレーション検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法　に基づき実施（文部科学省 放射能測定法シリーズ No. 6）
計測時間	1時間（3,600秒）
質量／体積／密度	体積：1000cm^3　／　質量：1033.4g　／　密度：1.0334 g /cm^3

測定結果

検査項目	測定値	単位	下限値	不確かさ
I-131	下限以下	Bq/kg	3.9Bq/kg	下限以下
Cs-137	下限以下	Bq/kg	3.9Bq/kg	下限以下
Cs-134	下限以下	Bq/kg	5.8Bq/kg	下限以下
K-40	下限以下	Bq/kg	58.1Bq/kg	下限以下

特記事項	検査担当者
測定容器は1000mlマリネリ容器を使用しました 容器に対する測定試料の密度により下限値が変わります。 詳しくは別紙をご覧ください。	大神

○弊社は本報告書に限り責任を負うものであり、測定結果の取り扱いあるいは測定結果によって生じる一切の問題について免責されるものとします。
○本報告書を弊社の許可なく無断で転載し、全部又は一部を複製し、使用する事を禁止します。